



# 白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H210506.1	○	検出せず	6.1	2021年5月7日(金)	2020年産玄米
H210506.2	○	検出せず	6.0	2021年5月7日(金)	2020年産玄米
H210506.3	○	検出せず	6.1	2021年5月7日(金)	2020年産玄米
H210506.4	○	検出せず	6.0	2021年5月7日(金)	2020年産玄米
H210506.5	○	検出せず	6.1	2021年5月7日(金)	2020年産玄米
H210506.6	○	検出せず	6.0	2021年5月7日(金)	2020年産玄米
H210506.7	○	検出せず	6.1	2021年5月7日(金)	2020年産玄米
H210512.1	○	検出せず	5.9	2021年5月12日(水)	2020年産玄米
H210512.2	○	検出せず	5.9	2021年5月12日(水)	2020年産玄米
H210512.3	○	検出せず	6.0	2021年5月13日(木)	2020年産玄米
H210512.4	○	検出せず	6.1	2021年5月13日(木)	2020年産玄米
H210512.5	○	検出せず	6.0	2021年5月13日(木)	2020年産玄米
H210512.6	○	検出せず	6.0	2021年5月13日(木)	2020年産玄米

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H210518.1	○	検出せず	6.2	2021年5月19日(水)	2020年産玄米
H210518.2	○	検出せず	6.0	2021年5月20日(木)	2020年産玄米
H210518.3	○	検出せず	6.2	2021年5月20日(木)	2020年産玄米
H210518.4	○	検出せず	6.2	2021年5月20日(木)	2020年産玄米
H210518.5	○	検出せず	6.2	2021年5月20日(木)	2020年産玄米
H210518.6	○	検出せず	6.0	2021年5月21日(金)	2020年産玄米
H210525.1	○	検出せず	6.2	2021年5月26日(水)	2020年産玄米
H210525.2	○	検出せず	6.2	2021年5月26日(水)	2020年産玄米
H210525.3	○	検出せず	5.9	2021年5月27日(木)	2020年産玄米
H210525.4	○	検出せず	6.1	2021年5月27日(木)	2020年産玄米
H210525.5	○	検出せず	6.1	2021年5月27日(木)	2020年産玄米