



白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H150602.1	○	検出せず	4.9	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150602.2	○	検出せず	4.9	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150602.3	○	検出せず	5.1	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150602.4	○	検出せず	4.9	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150602.5	○	検出せず	5.1	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150602.6	○	検出せず	4.9	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150602.7	○	検出せず	5.1	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150602.8	○	検出せず	4.9	平成27年6月4日(木)	平成26年産玄米
H150608.1	○	検出せず	4.9	平成27年6月9日(火)	平成26年産玄米
H150608.2	○	検出せず	5.1	平成27年6月9日(火)	平成26年産玄米
H150608.3	○	検出せず	4.9	平成27年6月9日(火)	平成26年産玄米
H150608.4	○	検出せず	5.1	平成27年6月9日(火)	平成26年産玄米
H150608.5	○	検出せず	4.9	平成27年6月9日(火)	平成26年産玄米
H150608.6	○	検出せず	5.1	平成27年6月9日(火)	平成26年産玄米

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H150608.7	○	検出せず	4.9	平成27年6月9日(火)	平成26年産玄米
H150615.1	○	検出せず	5.1	平成27年6月17日(水)	平成26年産玄米
H150615.2	○	検出せず	4.9	平成27年6月17日(水)	平成26年産玄米
H150615.3	○	検出せず	4.9	平成27年6月18日(木)	平成26年産玄米
H150615.4	○	検出せず	4.9	平成27年6月18日(木)	平成26年産玄米
H150615.5	○	検出せず	5.0	平成27年6月18日(木)	平成26年産玄米
H150615.6	○	検出せず	4.9	平成27年6月18日(木)	平成26年産玄米
H150615.7	○	検出せず	4.9	平成27年6月18日(木)	平成26年産玄米
H150615.8	○	検出せず	4.9	平成27年6月18日(木)	平成26年産玄米
H150622.1	○	検出せず	4.9	平成27年6月24日(水)	平成26年産玄米
H150622.2	○	検出せず	4.9	平成27年6月25日(木)	平成26年産玄米
H150622.3	○	検出せず	5.1	平成27年6月25日(木)	平成26年産玄米
H150622.4	○	検出せず	4.9	平成27年6月25日(木)	平成26年産玄米
H150622.5	○	検出せず	5.1	平成27年6月25日(木)	平成26年産玄米
H150622.6	○	検出せず	4.9	平成27年6月25日(木)	平成26年産玄米