



白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H150501.1	○	検出せず	5.0	平成27年5月7日(木)	平成26年産玄米
H150501.2	○	検出せず	4.9	平成27年5月7日(木)	平成26年産玄米
H150501.3	○	検出せず	4.9	平成27年5月8日(金)	平成26年産玄米
H150501.4	○	検出せず	4.9	平成27年5月8日(金)	平成26年産玄米
H150501.5	○	検出せず	4.9	平成27年5月8日(金)	平成26年産玄米
H150501.6	○	検出せず	5.1	平成27年5月8日(金)	平成26年産玄米
H150501.7	○	検出せず	5.1	平成27年5月8日(金)	平成26年産玄米
H150501.8	○	検出せず	4.9	平成27年5月8日(金)	平成26年産玄米
H150511.1	○	検出せず	4.9	平成27年5月12日(火)	平成26年産玄米
H150511.2	○	検出せず	4.9	平成27年5月12日(火)	平成26年産玄米
H150511.3	○	検出せず	5.0	平成27年5月12日(火)	平成26年産玄米
H150511.4	○	検出せず	4.9	平成27年5月12日(火)	平成26年産玄米
H150511.5	○	検出せず	5.0	平成27年5月12日(火)	平成26年産玄米
H150511.6	○	検出せず	4.9	平成27年5月12日(火)	平成26年産玄米

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H150511.7	○	検出せず	5.0	平成27年5月12日(火)	平成26年産玄米
H150518.1	○	検出せず	4.9	平成27年5月21日(木)	平成26年産玄米
H150518.2	○	検出せず	4.9	平成27年5月21日(木)	平成26年産玄米
H150518.3	○	検出せず	5.1	平成27年5月21日(木)	平成26年産玄米
H150518.4	○	検出せず	4.9	平成27年5月21日(木)	平成26年産玄米
H150518.5	○	検出せず	5.1	平成27年5月21日(木)	平成26年産玄米
H150518.6	○	検出せず	4.9	平成27年5月21日(木)	平成26年産玄米
H150525.1	○	検出せず	5.0	平成27年5月28日(木)	平成26年産玄米
H150525.2	○	検出せず	5.0	平成27年5月28日(木)	平成26年産玄米
H150525.3	○	検出せず	5.0	平成27年5月28日(木)	平成26年産玄米
H150525.4	○	検出せず	4.9	平成27年5月28日(木)	平成26年産玄米
H150525.5	○	検出せず	5.0	平成27年5月28日(木)	平成26年産玄米
H150525.6	○	検出せず	4.9	平成27年5月28日(木)	平成26年産玄米